



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО**  
**ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Број: 353-02-02562/2022-03

Датум: 14.12.2022.

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву носиоца, Универзитетски клинички центар Крагујевац, ул. Змај Јовина 30 Крагујевац, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године, доноси:

**Р Е Ш Е Њ Е**

- 1. НИЈЕ ПОТРЕБНА** израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, град Крагујевац, који чине четири аутоклава од тога три марке Getinge HS 6610 EC-1 сер. бр 2508394-130-03 (2008. год.), сер. бр 2508394-130-04 (2008. год.), сер. бр 2508394-130-03 (2007. год.) и Belimed сер. бр 02-04-27737-040В (2010.год.), максималног капацитета 250 кг дневно, и две дробнице Mercador GmbH, заведен под бр. 353-02-02562/2022-03 од 18.07.2022. године.
- Обавезује се носилац пројекта да се са опасним отпадом поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др.закон) („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/10), Правилник о категорији, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19 и 39/21) и Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, бр. 48/19).
- Носилац пројекта је у обавези да у потпуности примени мере заштите животне средине, а што се посебно односи на следеће:

- Опасан медицински отпад се мора сакупљати унутар Универзитетског клиничког центра Крагујевац, на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом, при чему до места третмана у аутоклаву није дозвољено његово препакивање.
- Медицински отпад се разврстава на месту настанка, тако што се оштри предмети пакују у контејнере жуте боје, отпад загађен крвљу и телесним течностима у дупле кесе или у контејнере жуте боје и инфективни отпад у кесе или у контејнере жуте боје.
- Забрањује се носиоцу пројекта, Универзитетском клиничком центру Крагујевац пријем инфективног медицинског отпада од стране медицинских установа које су ван државног система здравствене заштите – приватне болнице, приватни дијагностички центри, стоматолошке ординације и остале установе у приватном власништву које пружају медицинске услуге.
- При управљању оштрим предметима предузети мере превенције од повреда и инфекција, до којих може доћи у току руковања овим предметима.
- На амбалажу у коју је упакован инфективни отпад ставља се налепница са симболима да се ради о биохазардном отпаду, месту настанка отпада, количином отпада, УН кодом (3291) и именом особе која је попунила налепницу.
- Транспорт отпада унутар здравствене установе (унутрашњи транспорт), од места настанка до просторије у којој се складишти и/или третира отпад (аутоклава), се врши опремом за транспорт отпада која се користе само за ту намену.
- Унутрашњи транспорт се мора организовати тако да се не укрштају путеви „чистог“ и „нечистог“.
- Складиштење и/или третман отпада се може вршити само у посебно одређеној просторији са обезбеђеним доводом и одводом воде за потребе чишћења и одржавања, са јасно и видљиво означеним натписом о намени простора, забрани уласка неовлашћеним лицима, упозорењем о могућности угрожавања здравља људи, са непропусном и отпорном подном површином, глатких зидних површина које се лако чисте и дезинфикују, да буде закључана, чиме се спречава приступ неовлашћеним лицима, да буде осветљења и са обезбеђеом вентилацијом и противпожарном заштитом.
- Процес стерилизације паром у аутоклаву мора бити обезбеђен захтевани степен смањења од 5 лог 10 или до још већег смањења.
- Контрола рада аутоклава треба да је периодична (обавља сервисер на око 600 циклуса), приликом сваке уочене промене или неправилности у раду или редовна: 1) свакодневним праћењем и регистравањем физичких параметара; 2) хемијска, у току сваког циклуса и путем биолошких индикатора, на 30 дана.
- Третман отпада после аутоклавирања обухвата и млевање отпада до непрепознатљивости, после чега се исти може окарактерисати као неопасан отпад.
- Третирани отпада се пакује у црне кесе и предаје овлашћеном предузећу ради одлагања на депонији комуналног отпада у посебној касети, која се дневно покрива интерним материјалима.

- Уколико здравствена установа производи више од 200кг/год опасног отпада или више од 100т/год неопасног отпада, у обавези је да сачини План управљања отпадом у складу са чл.15 Закона о управљању отпадом.
- У случају престанка рада постројења, носилац пројекта је дужан да за предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима. Сви радови и активности на уклањању опреме и инсталација морају се спроводити на начин на који неће изазвати загађивање животне средине, посебно земљишта, површинских и отпадних вода.

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Носилац пројекта, Универзитетски клинички центар Крагујевац, ул. Змај Јовина 30 Крагујевац, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, град Крагујевац, који чине четири аутоклав од тога три марке Getinge HS 6610 EC-1 сер. бр 2508394-130-03 (2008. год.), сер. бр 2508394-130-04 (2008. год.), сер. бр 2508394-130-03 (2007. год.) и Belimed сер. бр 02-04-27737-040В (2010.год.), максималног капацитета 250 кг дневно, и две дробилице Mercador GmbH, заведен под бр. 353-02-02562/2022-03 од 18.07.2022. године.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину као и следећа неопходна документација:

- Графички приказ макро и микро локација;
- Копија катастарског плана, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
- Решење о усвајању регистрационе пријаве и уписа у Регистар здравствених установа, БЗУ 369/220 од 04.02.2021.године, Агенција за привредне регистре;
- Употребна дозвола бр.05-3510-307 од 26.06.1991.године, Општински секретаријат за урбанизам, стамбено- комуналне делатности и имовинске послове Крагујевац;
- Извод из листа непокретности за к.п.бр. 10486/5 КО Крагујевац 4, бр.3880 од 08.03.2022. године Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
- Решење о издавању дозволе за третман инфективног медицинског отпада- опасног отпадана локацији оператера бр.19-00-00710/2009-02 од 12.07.2013.године, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине;
- Атестно-техничка документација аутоматских парних стерилизатора, Getinge HS 6610 EC-1 сер. бр 2508394-130-03 (2008. год.), сер. бр 2508394-130-04 (2008. год.), сер. бр 2508394-130-03 (2007. год.) и Belimed сер. бр 02-04-27737-040В (2010.год.)
- Доказ о ослобађању републичке административне таксе.

Предметни пројект се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, а налази се на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката

за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08), и то под тачком 14- Остали пројекти.

Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку разматрања захтева, надлежни орган је утврдио да за горе наведени Пројекат, уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, није потребна процена утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Носилац пројекта је огласио поднети захтев огласом у дневном листу „Крагујевачке“ од 22. септембра 2022. године, као и на службеном сајту Министарства, <https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-odlucivanje-o-potrebi>, при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Александар Дујановић  
*Александар Дујановић*



Достављено:

- наслову
- Сектору за надзор и предострожност у животној средини
- архиви