



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
**ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Број: 353-02-02461/2022-03

Датум: 11.05.2023. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 6. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20 и 116/22), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 2. тачка 2. алинеја 1, члана 10. став 4. и став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 135/04, 36/09) и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), решавајући по захтеву носиоца пројекта Општа болница Крушевац, ул. Косовска бр.16 , Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – постројење за третман инфективног медицинског отпада у кругу Опште болнице Крушевац на кп.бр. 1365 КО Крушевац, на територији града Крушевца.
2. Током извођења радова није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
3. Обавезује се носилац пројекта да са опасним отпадом поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон и 35/23), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр 92/10 и 77/21), Правилником о категорији, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр 56/10, 93/19 и 39/21) и Правилником о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС”, број 48/19).
4. Носилац пројекта је у обавези да у потпуности примени мере заштите животне средине, а што се посебно односи на следеће:
  - Опасан медицински отпад се мора сакупљати унутар Опште болнице Крушевац на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом, при чему до места третмана у аутоклаву није дозвољено његово препакивање.
  - Медицински отпад се разврстава на месту настанка, тако што се оштри предмети пакују у контејнере жуте боје, отпад загађен крвљу и телесним течностима у дупле кесе или контејнере жуте боје и инфективни отпад у кесе или контејнере жуте боје.
  - При управљању оштрем предметима предузети мере превенције од повреда и инфекција, до којих може доћи у току руковања овим предметима.
  - На амбалажу у коју је упакован инфективни отпад ставља се налепница са симболом да се ради о биохazardном отпаду, месту настанка отпада, количином отпада, УН кодом (3291) и именом особе која је попунила налепницу.

- Транспорт отпада унутар здравствене установе (унутрашњи транспорт), од места настанка до просторије у којој се склашити и/или третира отпад (автоклава), се врши опремом за транспорт отпада која се користе само за ту намену.
- Унутрашњи транспорт се мора организовати тако да се не укрштају путеви “чистог” и “нечистог”.
- Складиштење и/или третман отпада се може вршити само у посебно одређеној просторији са обезбеђеним доводом и одводом воде за потребе чишћења и одржавања, са јасно и видљиво означеним натписом о намени простора, забрани улaska неовлашћеним лицима, упозорењем о могућности угрожавања здравља људи, са непропусном и отпорном подном површином, глатких зидних површина које се лако чисте и дезинфекцију, да буде закључана, чиме се спречава приступ неовлашћеним лицима, да буде осветљена и са обезбеђеном вентилацијом и противпожарном заштитом.
- Процесом стерилизације паром у автоклаву мора бити обезбеђен захтевани степен смањења садржаја биолошких агенаса у отпаду, односно деактивирање тест спора до смањења од 5 лог10 или до још већег смањења.
- Контрола рада автоклава треба да је периодична (обавља је сервисер наоко 600 циклуса), приликом сваке уочене промене или неправилности у раду и редовна:
  - 1)свакодневна праћењем и регистровањем физичких параметара,
  - 2) хемијска, у току сваког циклуса и путем биолошких индикатора, на 30 дана.
- Третман отпада после автоклавирања обухвата и млевење отпада до непрепознатљивости, после чега се исти може окарактерисати као неопасан отпад.
- Третирани отпад се пакује у црне кесе и предаје овлашћеном предузећу ради одлагања на депонији комуналног отпада, у посебној касети, која се дневно покрива инертним материјалима.
- Уколико здравствена установа производи више од 200 кг/год опасног отпада, или више од 100 т/год неопадног отпада, у обавези је да сачини План управљања отпадом у складу са чл. 15. Закона о управљању отпадом.
- У случају престанка рада постројења, носилац пројекта је дужан да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима. Сви радови и активности на уклањању опреме и инсталација морају се спроводити на начин који неће изазвати загађивање животне средине, посебно земљишта, површинских и подземних вода.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта Општа болница Крушевац ул. Косовска бр.16, поднео је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – постројење за третман инфективног медицинског отпада у кругу Опште болнице Крушевац на кп.бр. 1365 КО Крушевац, на територији града Крушевца.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и став 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 135/04, 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Поднети захтев је објављен у дневном листу „Новости“ дана 25.08.2022. године и на службеном сајту Министарства. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројектата за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројектата за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројектата за које је обавезна процена утицаја и Листе пројектата за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби израде Студије, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09).

Постројење за третман инфективног медицинског отпада је реализовано у делу постојећег простора (некадашњег магацина). Опрема која је инсталирана за потребе радовног функционисања третмана отпада је донација Европске агенције за реконструкцију.

Општа болница Крушевац третман инфективног медицинског отпада врши применом поступка третмана који подразумева термичку обраду под контролисаним условима. Користе се два аутоклава (парна стерилизатора) чији је произвођач GETINGE HS 6610 ЕС и дробилица „Mercador ZM 1“.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, па у складу са тим није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Како је до сада овај орган исто решавао у сличним или истим управним стварима одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**Поука о правном леку:** Против овог решења може се изјавити жалба Влади путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

**Доставити:**

- Архиви
- Наслову- Општа болница Крушевац  
ул. Косовска бр.16, 37000  
Крушевац
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини

